

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B



### Fabricante/ Distribuidor no Brasil:

BIONNOVATION PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA

R. Laureano Garcia, 1-275 ·

Distrito Industrial II · Bauru SP · 17039-760

Tel 14 4009 2400 · SAC 0800 707 3824

Indústria Brasileira

[www.bionnovation.com.br](http://www.bionnovation.com.br)

Registro ANVISA nº: 10392710012

Responsável Técnico: Roselaine dos Santos Pinto Marques CRQ-IV: 04488952

Nome Técnico do Produto: Biomateriais para Enxertos e Preenchimentos (2109250)

Nome Comercial: Bonefill – materiais para enxerto ósseo

Método de esterilização: Radiação Gama



Keep away  
from  
sunlight



Keep dry



Do not use  
if package  
damaged



Consult  
instructions  
for use



Sterilized using  
irradiation



Do not  
resterilized

### BIOMATERIAIS PARA ENXERTOS E PREENCHIMENTOS

#### Bonefill – Materiais para Enxerto Ósseo

Modelo Comercial, tamanho das partículas ( $x, xmm$ ), quantidade no frasco ( $yy, yy g$ )

Modelo comercial, formatos ( $vv$ ) e dimensões ( $zz, z mm$ ) dos blocos

#### 1.1. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO MÉDICO, INCLUINDO OS FUNDAMENTOS DE SEU FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO, SEU CONTEÚDO OU COMPOSIÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, ASSIM COMO RELAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DESTINADOS A INTEGRAR O PRODUTO.

O Bonefill - Materiais para enxerto ósseo, mineral ósseo natural retirado do osso de fêmur bovino, é um biomaterial odontológico implantável e utilizado em reconstruções de falhas ósseas onde se deseja remodelação ou neoformação óssea.

A estrutura mineral osteocondutora altamente purificada é produzida a partir de osso natural através de um processo de purificação multi-fases, cumprindo os regulamentos de segurança preconizados pelas agências de controle. O osso fresco é triturado, recebendo uma sequência de banhos que solubilizam as estruturas orgânicas como, por exemplo, células remanescentes, fibras e proteínas, permanecendo assim somente a porção mineral evitando a indução de

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

possíveis processos imunogênicos no organismo. Os produtos constituídos por osso bovino mineralizado têm expectativa de incorporação entre 6 a 9 meses.

Devido a origem natural, o Bonefill – Materiais para Enxerto Ósseo é comparável à estrutura mineral e morfológica do osso humano mineralizado, é biocompatível, não apresenta citotoxicidade, toxicidade sistêmica aguda, toxicidade sub-crônica, carcinogenicidade, genotoxicidade e não é um produto sensibilizante (ISO 10993-1).

O Bonefill – Materiais para enxerto ósseo, estão disponíveis nos seguintes modelos: **Bonefill** e **Bonefill Mix** na forma de grânulos e **Bonefill Porous**, disponível na forma de grânulos e blocos. Os grânulos são apresentados em frascos de vidro embalados em blíster e caixa e os blocos acondicionados em blíster e caixa.

O **Bonefill**, é produzido através do processo de descalcificação da porção cortical de ossos bovinos, o **Bonefill Porous** é produzido através do mesmo processo de descalcificação aplicado à porção esponjosa de ossos bovinos e o **Bonefill Mix** é produzido através do processo de descalcificação aplicado à porção esponjosa e cortical de ossos bovinos (proporção aproximada 70:30).

A matriz óssea inorgânica mineralizada do **Bonefill**, possui uma estrutura macro e micro poroso similar aos ossos cortical e esponjoso humano. Na forma granulada, o **Bonefill**, **Bonefill Porous** e **Bonefill Mix**, atuam como mecanismo osseocondutor favorecendo o crescimento e regeneração óssea. Com o decorrer do tempo, o **Bonefill** é parcialmente remodelado por ação de osteoclastos e osteoblastos, sendo uma alternativa viável ao osso autólogo em defeitos adequados para o seu uso e indicação. No **Bonefill Porous**, devido ao grande volume dos poros de interligação e da composição natural, produzem comumente a formação e o crescimento de osso novo no local do implante. O **Bonefill Porous bloco**, incorpora-se ao leito receptor através de um mecanismo de consolidação óssea, comparável aos princípios biológicos das consolidações de fratura, obtido pela formação de osso novo interligado na interface osso receptor/implante.

Bonefill – Materiais para enxerto ósseo é um produto **ESTÉRIL**

Esterilizado com **RADIAÇÃO GAMA**.

**PRODUTO DE USO ÚNICO** e não deve ser re-esterilizado

Proibido Reprocessar

### 1.1.1. Composição do produto

Estrutura mineral do osso de fêmur bovino.....100%

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

### 1.2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

#### **Bonefill, Bonefill Porous e Bonefill Mix (Grânulos)**

Embalagem Primária: Frasco de vidro com tampa de borracha e lacre em alumínio.

Embalagem secundária: Blíster lacrado com Tyveck® e etiqueta adesiva de identificação

Embalagem Final: Caixa de papel cartão de alta gramatura selada e com 02 etiquetas adesivas anexadas, à tampa (01) e à parte frontal (01) da caixa. Acompanha 05 etiquetas adesivas com as informações para rastreabilidade do produto que devem ser anexadas ao prontuário clínico do paciente, laudo entregue ao paciente, na nota fiscal de venda do produto, controle do fornecedor e controle do cirurgião responsável.

#### **Bonefill Porous (Blocos)**

Embalagem primária: Blister lacrado com Tyveck® e etiqueta adesiva de identificação

Embalagem Final: Caixa de papel cartão de alta gramatura selada e com 02 etiquetas adesivas anexadas, à tampa (01) e à parte frontal (01) da caixa. Acompanha 05 etiquetas adesivas com as informações para rastreabilidade do produto que devem ser anexadas ao prontuário clínico do paciente, laudo entregue ao paciente, na nota fiscal de venda do produto, controle do fornecedor e controle do cirurgião responsável.

**Ver Anexo III.A:** Modelo Comercial, tamanho das partículas ( $x, xmm$ ), quantidade no frasco ( $yy, yy g$ ) ou modelo comercial, formatos ( $vv$ ) e dimensões ( $zz, z mm$ ) dos blocos

#### **Relação dos modelos do Bonefill – materiais para enxerto ósseo**

#### **Bonefill e Bonefill Porous (grânulos)**

Estão disponíveis nas quantidades de 0,5 g, 1,0 g, 2,5 g, 5,0 g, 10,0 g, 15,0 g, 20,0 g, 25,0 g e 30,0 g.

Granulação Fina: partículas com diâmetro até 0.6mm

Granulação Média: partículas com diâmetro entre 0.6mm a 1.5mm

Granulação Grande: partículas com diâmetro entre 1.5mm a 2.5mm

#### **Bonefill Mix (grânulos)**

Estão disponíveis nas quantidades de 0,5 g, 1,0 g, 2,5 g, 5,0 g, 10,0 g, 15,0 g, 20,0 g, 25,0 g e 30,0 g.





Granulação: partículas com diâmetro até 1,5 mm e partículas com diâmetros entre 0,6 a 1,5 mm

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

### Bonefill Porous (bloco)

<b>Bonefill Porous em bloco</b>	
<p>Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 10,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 10,0 x 20,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 12,0 x 20,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 15,0 x 25,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 5,0 x 5,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 5,0 x 10,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 15,0 x 25,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 10,0 x 10,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 10,0 x 40,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 6,0 x 15,0 x 50,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 10,0 x 10,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 10,0 x 30,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 10,0 x 40,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 20,0 x 20,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 20,0 x 20,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 10,0 x 20,0 mm</p>	 <p><b>Bonefill Porous bloco</b></p>
<p>Bonefill Porous em bloco - 6,0 x 4,0 x 10,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 6,0 x 4,0 x 12,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 6,0 x 4,0 x 14,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 6,0 x 10,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 6,0 x 12,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 6,0 x 14,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 8,0 x 10,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 8,0 x 12,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em bloco - 10,0 x 8,0 x 14,0 x 12,0 mm</p>	 <p><b>Bonefill Porous bloco</b></p>
<b>Bonefill Porous em cunha</b>	
<p>Bonefill Porous em cunha - 6,0 x 8,0 x 10,0 x 12,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em cunha - 6,0 x 8,0 x 12,0 x 20,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em cunha - 8,0 x 10,0 x 15,0 x 25,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em cunha - 3,0 x 5,0 x 15,0 x 10,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em cunha - 3,0 x 7,5 x 15,0 x 20,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em cunha - 3,0 x 10,0 x 15,0 x 25,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em cunha - 3,0 x 12,5 x 15,0 x 35,0 mm</p> <p>Bonefill Porous em cunha - 3,0 x 15,0 x 15,0 x 45,0 mm</p>	 <p><b>Bonefill Porous cunha</b></p>
<b>Bonefill Porous em esfera</b>	
<p>Bonefill Porous em esfera 14 mm</p>	

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

Bonefill Porous em esfera 16 mm Bonefill Porous em esfera 18 mm Bonefill Porous em esfera 20 mm	 Bonefill Porous esfera
Bonefill Porous trapézio	 Bonefill trapézio
Bonefill Porous cilíndrico	 Bonefill Porous cilíndrico
Bonefill Porous paralelepípedo	 Bonefill Porous paralelepípedo
Bonefill Porous pré-moldada em forma especial	Sob encomenda do profissional.

### 1.3. INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

O Bonefill – materiais para enxerto ósseo, é recomendado para o preenchimento de defeitos ósseos e para o aumento volumétrico nas seguintes situações: aumento/reconstrução de cristas alveolares, preenchimento de cavidades pós extração, preenchimento de cavidades produzidas por intervenções pós cirúrgicas de tratamentos de cistos, granulomas e outras patologia líticas, buco-maxilo-faciais e dentária, preparação dos sítios de implante e enchimento de deiscências ósseas, além dos enxertos ósseos em seios maxilares e na

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

periodontia pode ser utilizado no preenchimento de defeitos ósseos e suporte da membrana durante a regeneração óssea guiada.

### 1.4. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

#### 1.4.1. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico

1. ESTÉRIL – desde que mantida a integridade da embalagem, prazo de validade e condições de armazenamento.
2. USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL - é de responsabilidade do cirurgião dentista a sua capacitação prévia para utilizar este produto. Somente profissionais habilitados e com conhecimentos em técnicas cirúrgicas e em procedimentos necessários para utilização adequada do produto deverão fazer uso do Bonefill – materiais para enxerto ósseo. A utilização de técnicas cirúrgicas incorretas poderá provocar desconforto como sensação dolorosa, hipoestesia e/ou edema. O tamanho das partículas não deverá ser alterado.
3. PROIBIDO REESTERILIZAR E REPROCESSAR – Se reesterilizado ou reprocessado poderá ocorrer alteração das propriedades físico químicas e dos níveis de cristalinidade do Bonefill – materiais para enxerto ósseo, ocasionando reação de corpo estranho.
4. PROIBIDO REUTILIZAR - Se reutilizado ou utilizado com data de validade expirada a esterilização e funcionamento deixam de ser garantidos, poderá apresentar irritação, inflamação e outros eventos adversos comprometendo a saúde e segurança do paciente. A Bionnovation não recomenda a reutilização, reprocesso ou reesterilização, descarte-o conforme legislação vigente para resíduos hospitalares.
5. O uso do produto com técnicas cirúrgicas e condições de biossegurança inadequadas poderão prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.
6. Esterilize sempre os instrumentos antes de utilizá-los.
7. A avaliação clínica e radiográfica deve ser feita previamente à cirurgia de instalação, para auxiliarem no correto planejamento do tratamento. Determinação de qualidade e quantidade óssea, reparos e estruturas anatômicas e análise dos dentes vizinhos.
8. Em todas as operações que envolvam o Bonefill – materiais para enxerto ósseo devem ser observadas técnicas apropriadas de assepsia e antisepsia.

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

9. O uso abusivo de álcool, tabaco, drogas, corticóides ou a falta de higiene bucal adequada podem prejudicar significativamente o sucesso do tratamento.
10. Todos os efeitos adversos em potencial como deiscência, inflamação, hemorragia, deverão ser previamente informados ao paciente.
11. É fornecido no estado estéril e depois de aberto deve ser usado em condições assépticas. Deve-se trabalhar sempre com campos estéreis, instrumentos apropriados ao procedimento e em bom estado de conservação a fim de eliminar fontes de infecção e danos ao produto.
12. O Bonefill – materiais para enxerto ósseo deve ser utilizado apenas para a finalidade a que se destina.
13. Caso surgirem complicações impossíveis de serem controladas, inflamações do tecido ou evidência de infecção é recomendada a remoção imediata do material.
14. O Bonefill – materiais para enxerto ósseo é fornecido em embalagem dupla estéril (Radiação Gama 25 kGy). Desde que a integridade da embalagem não esteja de algum modo comprometida, conservará o produto estéril até 3 anos a contar da data da esterilização.
15. Não há restrições quanto à quantidade máxima de produto que possa ser implantado. A quantidade será determinada pelo profissional após a análise do tamanho do leito cirúrgico.
16. O cirurgião deverá avaliar a indicação em pacientes que sejam portadores de doenças ou que façam uso de medicação que possam alterar o metabolismo reparacional.
17. O restante do material da embalagem não deverá ser reutilizado, reesterilizado ou reprocessado, descarte-o de forma descaracterizada conforme legislação vigente para resíduos hospitalares, não descartar produtos contaminados em lixo comum.
18. Em casos de efeitos adversos ocorridos no paciente, o profissional responsável deverá entrar em contato imediatamente com o SAC Bionnovation (Serviço de Atendimento ao Cliente) através do 0800 707 3824 ou e-mail [sac@bionnovation.com.br](mailto:sac@bionnovation.com.br). A Bionnovation Produtos Biomédicos é responsável por notificar a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre as ocorrências pertinentes conforme procedimento interno de tecnovigilância.
19. O Bonefill – materiais para enxerto ósseo, foi desenvolvido de forma a evitar que seu uso não comprometa o estado clínico dos pacientes bem como sua segurança.
20. É recomendável que o cirurgião mantenha um relatório de acompanhamento da evolução do caso juntamente com os resultados.
21. Todos os substitutos ósseos de origem bovina da linha Bonefill - materiais para enxerto ósseo são fabricados com ossos de animais provenientes de rebanho rastreado pelo sistema SISBOV. De acordo com o enquadramento de risco geográfico emitido pelo



## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

- Código Zoosanitário Internacional e pelo Scientific Steering Comitee da Comunidade Européia (SSCEC agosto de 2005) o Brasil é livre de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). Porém, de acordo com portaria 516/97, mesmo o Brasil se declarando livre de Encefalopatia Espongiforme Bovina, e o processamento a que são submetidos os produtos sejam reconhecidamente eficazes na inativação do agente causal das EEBS e os animais utilizados para a produção da linha Bonefill – materiais para enxerto ósseo sejam cadastrados no sistema Brasileiro de rastreabilidade bovina e bubalina– SISBOV, todo produto de origem bovina, ainda que remoto, há risco de transmissão de EEB. Em casos de aparecimento de sintomas da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) o profissional de saúde deverá notificar a autoridade sanitária.
22. Recomendamos que as etiquetas adesivas de identificação que acompanham o produto sejam anexadas à documentação do paciente: prontuário clínico do paciente, laudo entregue ao paciente, nota fiscal de venda do produto, controle do fornecedor e controle do cirurgião responsável assegurando a completa rastreabilidade do mesmo.
  23. O Bonefill - materiais para enxerto ósseo, não substitui totalmente e não possui as propriedades osteogênicas do osso autógeno. Deve ser portanto utilizado em defeitos ósseos que promovam nutrição adequada ao enxerto para que sua atividade osseocondutora aconteça.
  24. É recomendável o profissional levantar o estado de saúde geral do paciente observando situações e patologias que podem promover um risco cirúrgico e potencial reduzido de sucesso na formação óssea. Ex: Disfunções metabólicas não controladas como diabetes, osteomalácia, disfunção da tireóide, insuficiência renal ou hepática grave, pacientes com uso prolongado de corticoides, doenças auto imunes, pacientes submetidos a radioterapia, tabagismo pesado.
  25. Para assegurar a regeneração do osso, Bonefill – materiais para enxerto ósseo só deve ser implantado em tecido ósseo vital e em contato direto com o osso hospedeiro. É recomendável o uso de barreiras ou membranas sobre o Bonefill – materiais para enxerto ósseo, cumprindo as recomendações das técnicas de regeneração óssea.
  26. Para defeitos extensos, a adição de osso autólogo é recomendável. O Bonefill - materiais para enxerto ósseo, não substitui e não possui as propriedades do osso autógeno.
  27. Depois de implantado o biomaterial, deve-se aguardar um período entre 6 a 9 meses para o procedimento de implante dentário, ou quando o implante ocorre simultaneamente ao enxerto, o mesmo período de aguardo deve ser obedecido.
  28. O aumento do rebordo com o biomaterial depende do volume e poder nutricional do osso local receptor.



## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

29. Apesar de todos testes *in vivo* e *in vitro* de toxicidade e biocompatibilidade não sinalizarem respostas secundárias, não podem ser totalmente excluídas reações de incompatibilidade ao Bonefill – materiais para enxerto ósseo. Possíveis reações indesejáveis podem ocorrer na sequência de qualquer cirurgia incluindo edema no local da cirurgia, hemorragia, inflamação local, perda óssea, infecção ou dor.

30. **Gravidez e Aleitamento:** Não estão disponíveis dados sobre a utilização produto durante a gravidez ou o aleitamento. Por motivos de segurança, mulheres grávidas ou que estejam no período de aleitamento não devem ser tratadas com Bonefill – materiais para enxerto ósseo. A segurança e a eficácia de Bonefill – materiais para enxerto ósseo não foram investigadas em crianças antes da sua maturidade esquelética.

31. O profissional deverá avaliar as características do suporte ósseo adequado para implantação, uma vez que a densidade óssea é um fator variável e determinante no planejamento e execução de implantes endósseos. Cada tipo de densidade apresenta diversas vantagens e desvantagens, o que irá determinar o planejamento mais adequado. A densidade óssea influencia a técnica cirúrgica e o tempo de cicatrização. Sendo assim, o conhecimento prévio sobre densidade óssea torna-se um fator indispensável para um correto planejamento.

Segundo MISCH, C.E (1998), existem 5 grupos de densidade óssea, independente da região na arcada dentária, baseado em características macroscópicas da cortical (porção externa do osso) e do trabeculado ósseo (porção interna do osso):

**D1** Osso cortical denso;

**D2** Apresenta cortical denso e osso trabeculado grosso;

**D3** Cortical óssea fina e trabeculado fino

**D4** Osso trabecular fino;

**D5** Osso não-mineralizado, imaturo

Dependendo da localização e do tempo pelo qual uma área permaneceu edêntula, sua densidade será variável. Porém existem áreas onde os tipos ósseos são mais comumente encontrados: D1 é encontrado em mandíbula anterior atrófica; D2 é encontrado em região de mandíbula anterior, mandíbula posterior, e maxila anterior; D3 é encontrado em região de maxila anterior, maxila posterior, mandíbula posterior, e osteoplastia em osso D2; e D4 é encontrado em região de maxila posterior. Idealmente o cirurgião deverá estabelecer um protocolo de controle do pós-operatório incluindo as medidas tomadas nas situações encontradas.

É recomendado também que o cirurgião mantenha um relatório de acompanhamento da evolução do caso juntamente com os resultados.

**Nota:** Não há restrições de carga para o produto.

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

### 1.4.2. Contra indicações

1. O Bonefill – materiais para enxerto ósseo, como todos os outros biomateriais, não deve ser colocado em infecção ativa existente ou em qualquer outra doença degenerativa que altere a qualidade do material. Deve ser utilizado com precaução especial em pacientes com infecção aguda ou crônica no sítio cirúrgico (ex: cistos, osteomielite, periodontite ulcerativa necrosante aguda, sinusites agudas)
2. Não deverá ser utilizada em pacientes que não estejam aptos, sob ponto de vista clínico, a serem submetidos a uma intervenção odontológica. Como por exemplo, em pacientes com diabetes não compensada.
3. O Bonefill – materiais para enxerto ósseo não é indicado para pacientes odontopediátricos.
4. Contra indicado para procedimentos diferentes do recomendado no item “Indicação de Uso”
5. O Bonefill – materiais para enxerto ósseo, não deve ficar exposto ao meio externo.

### 1.4.3. Armazenamento e transporte

Armazenar e transportar ao abrigo de luz solar direta, fontes de calor (manter em temperatura ambiente 15 - 25°C) e umidade. Conservar a embalagem lacrada até o momento da utilização. Certifique-se da integridade da mesma antes da utilização. Não utilizar se o pacote estéril estiver aberto ou danificado ou com data de validade de esterilização expirada para se evitar uma possível contaminação. Jogue fora o produto descaracterizado conforme legislação vigente para resíduos hospitalares ou devolva a fábrica os pacotes danificados e o dispositivo incluso.

### 1.4.4. Cuidados pré e pós-operatórios

Na avaliação pré - operatória, a correta indicação dos materiais e o emprego de técnicas e procedimentos compatíveis, assim como, o acompanhamento e controles pós-operatórios, são imprescindíveis para os resultados desejáveis.

**Cuidados Pré Operatórios:** Todos os pacientes que irão submeter-se a um procedimento cirúrgico deverão ser cuidadosamente examinados e avaliados, com vista à determinação do estado clínico e radiográfico, assim como dos déficits dentários ou de osso ou tecido mole adjacente que possam influenciar o resultado final da intervenção.

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

**Cuidados Pós Operatórios:** Poderão ser prescritos analgésicos, antibióticos, repouso nas primeiras 24-48 horas variando em função do procedimento e da conduta técnica profissional. O produto não deve ficar exposto ao meio bucal no pós-operatório imediato. Deve haver boa coaptação das bordas de retalho cirúrgico, a fim de não haver exposição do Bonefill - Materiais para enxerto ósseo, o que comprometerá o resultado da cirurgia. A exposição ao meio bucal reduz drasticamente o tempo de absorção.

### 1.4.5. Cuidados com o descarte do produto

O descarte do produto deve obedecer às leis ambientais e de biossegurança vigentes. Não descarte produtos contaminados em lixo comum

### 1.4.6. Modo de uso do produto médico

Ao utilizar o **Bonefill – Materiais para enxerto ósseo** em suas diversas apresentações, o profissional deve seguir os princípios gerais cirúrgicos de manipulação estéril e de medicação profilática do paciente, eliminando completamente o tecido de granulação e preparando o leito receptor com perfurações ósseas para promoção de nutrição sanguínea. As incisões devem promover retalhos do tecido mole sem danos, e de forma a ter flexibilidade suficiente para cobrir completamente o biomaterial implantado, livre de tensões durante o procedimento de suturas. Caso os retalhos não sejam suficientes para o cobrimento, o profissional deve promover incisões adicionais no perióstio para a liberação e aumento de flexibilidade do tecido mole de recobrimento.

As técnicas de Regeneração Óssea Guiada recomendam fortemente o uso de membranas e barreiras. Da mesma forma, o **Bonefill – Materiais para enxerto ósseo** deve ser isolado dos tecidos moles com alguma barreira que favoreça o mecanismo de osseocondutivo de suas partículas.

### **Bonefill, Bonefill Porous e Bonefill Mix (Grânulos)**

1. Deve ser colocado no defeito utilizando instrumentos estéreis (curetas ou espátulas), sem necessidade obrigatória de hidratação prévia.
2. A modelagem *in situ* pode ser efetuada com uma espátula ou outro instrumento adequado eleito pelo cirurgião.
3. É aconselhável cobrir o biomaterial granulado com uma membrana ou barreira seguindo os protocolos das técnicas regenerativas de se evitar competição dos tecidos moles e manutenção e estabilização do material.

### **Bonefill Porous (Bloco)**

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

1. O Bonefill Porous Bloco se apresenta em medidas e formatos pré fabricados pela Bionnovation. Para o seu uso, retire-o da embalagem, e modele dando formato desejado para a região a ser implantada. Para a modelagem, pode ser utilizado tesouras, pinças hemostáticas ou brocas.

### Instruções especiais para a utilização em procedimentos de correções periodontias

Um requisito básico para o tratamento periodontal bem sucedido inclui o controle de qualquer infecção bacteriana, assim como uma higiene oral cuidadosa. Aconselha-se dessa forma, que haja uma fase de promoção de saúde e preparo de boca prévias aos procedimentos cirúrgicos implantares, associado a instruir os pacientes quanto aos procedimentos de manutenção de higiene oral. Em adição, promover um tratamento cuidadoso da lesão periodontal (raspagem, aplainamento de raiz, descontaminação e debridamento) antes do implante. A aplicação do biomaterial granulado nos defeitos ósseos deve ser acompanhada de uso de barreira ou membrana para uma boa regeneração tecidual.

### TERMO DE GARANTIA LEGAL

(de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990)

A empresa **Bionnovation Produtos Biomédicos LTDA**, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela fabricados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art.26 da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

Não permitir que pessoas não autorizadas realizem o manuseio dos materiais em questão.

Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais em questão.

Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados descritos no Manual do Usuário ou Instruções de Uso.

## INSTRUÇÕES DE USO - ANEXO III.B

---

### REPRESENTANTE LEGAL

Ernst Patrick Hallqvist

---

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Roselaine dos Santos Pinto Marques

CRQ-IV: 04488952